

ISTRUZIONI PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE COMPACT2P

N.B. Versione software adatta solo per misuratori con a bordo la versione software 2.x

Per eseguire l'aggiornamento software seguire i passi seguenti:

- 1) Salvare il file zippato su un dispositivo USB 2.0
- 2) Estrarre il file zippato dentro al dispositivo USB 2.0
- 3) Collegare il dispositivo USB 2.0 al misuratore di campo
- 4) Selezionare dal misuratore: MENU' -> Impostazioni di sistema -> Aggiornamento -> OK
- 5) Al termine dell'aggiornamento spegnere e riaccendere lo strumento tramite il tasto "0/1"